仕 様 書

件 名 各種粘土のゼータ電位等測定

1. 概 要

本件は、浚渫粘土の粒子径及びゼータ電位の測定を行うものである。

2. 履行期限

契約の日から 2025 年 12 月 26 日までとする。なお、履行期間中の土曜日、日曜日、祝日は休日として設定している。

3. 浚渫粘土の粒子径及びゼータ電位測定

当所から提供する 3 種類の浚渫粘土に対し、1 検体、pH タイトレーション（中性→pH1.5、中性→pH11 の計 2 条件の測定）により粒子径及びゼータ電位測定を行うものとする。その際、滴定前後のサンプル写真を撮影し、粒子径及びゼータ電位の比較図を作成するものとする。

4. 成果物

滴定前後のサンプル写真、測定結果一覧及び測定結果の CSV ファイル、粒子径及びゼータ電位の比較図（エクセルファイル、PDF）を電子データ及び DVD（1 部）で提出するものとする。

5. 納入場所

神奈川県横須賀市長瀬 3 丁目 1 番 1 号

国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所

6. 検査

本仕様書のとおり実施されたことの確認をもって検査とする。

7. その他

本仕様書に記載なき事項又は本件の遂行上疑義が生じた場合は、両者が協議のうえ、決定するものとする。

以 上